



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2019

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 - FMS
1º Retificação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO “A” DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO GRANDE.

O Prefeito Municipal de Morro Grande, vêm retificar o Edital de Pregão Presencial nº 1/2019 - FMS, nos seguintes termos:

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. O Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 1/2019 - FMS foi objeto de retificação em seu “Item 2.1.2. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AMBULÂNCIA, alínea “f”**, que assim segue:

1.1.1. Onde se lê:

*f) **POLTRONA PARA SOCORRISTA:** Do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. (deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação) O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.*

1.1.2. Leia-se:

*f) **POLTRONA PARA SOCORRISTA:** Do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. **(deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação ou da própria fabricante do equipamento)** O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.*

2. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES

Fica ainda alterada a data de entrega e abertura dos envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, conforme abaixo:

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 06/08/2019.

HORÁRIO: Até as 09h00min.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/08/2019.

HORÁRIO: Às 09h30min



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2019

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas e em vigor as demais condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 3/2019 - FMS.

Morro Grande/SC, 18 de julho de 2019.

Valdionir Rocha
Prefeito Municipal